

Серия АА



0000375

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

# РАЗРЕШЕНИЕ

НА ПРИМЕНЕНИЕ НОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

ФС № 2010/ 094

от « 23 » марта 2010 г.

**«Применение полихроматического поляризованного некогерентного излучения аппаратов «БИОПТРОН» в комплексном лечении больных с ранами, трофическими язвами, ожогами и пролежнями»**

Разрешение выдано на имя: Научного Центра здоровья детей РАМН.  
(119991, Москва, Ломоносовский проспект 2/62).

**Показания к использованию медицинской технологии:**

- Раны.
- Трофические язвы.
- Ожоговая болезнь.
- Пролежни.

**Противопоказания к использованию медицинской технологии:**

- Развивающееся гнойное воспаление с явлениями интоксикации.
- Заболевания крови.
- Фотоэритема, злокачественные новообразования кожи, активная форма туберкулеза.
- Общее тяжелое состояние больного, лихорадочное состояние.

**Возможное осложнение при использовании медицинской технологии и способы их устранения:**

Ощущение жжения в области облучения во время проведения процедуры – увеличить расстояние до облучаемой поверхности в полтора раза.

Врио руководителя



(подпись, печать)

Е.А.Тельнова